



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 8 ЛК

От: 30.07.2025 г.

Валиден до: 31.01.2027 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА

Адрес на управление и на лаборатория:

4015, Пловдив, кв. Западен, ул. „Елин Пелин“ № 53 А

ЕИК: 160136175

Обхват на акредитация:

Да извършва калибриране на:

Теглилки клас М. Везни с класове на точност I, II, III, IIII. Високоскоростни везни с автоматично действие за измерване на масата на превозни средства в движение и на осово натоварване, клас 10 – клас на точност за масата на превозните средства, клас F – клас на точност за осово натоварване.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заповед № А 266/30.07.2025 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 3 страници.

Дата на първоначална акредитация: 17.01.2011 г.

Дата на преакредитация: 31.01.2023 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG20250178

1797 София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А, ет. 7

тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415

e-mail: office@nab-bas.bg

http://www.nab-bas.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 266

София, 30.07.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 21/8 ЛК/РО/16.06.2025 г., доклади от оценка № 21/8 ЛК/РО/4/В/02.07.2025 г. и № 21/8 ЛК/12/В/23.07.2025 г., Декларация вх. № 21/8 ЛК/7/Е/П/22.07.2025 г., Декларация вх. № 21/8ЛК/13/Р/28.07.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 21/8 ЛК/РО/14/В/29.07.2025 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА

Адрес на управление и лаборатория:

4015, Пловдив, кв. Западен, ул. „Елин Пелин“ № 53 А

Да извършва калибриране на:

Тип обхват: фиксиран

№ ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, Измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1.	Теглилки клас М	kg	5 kg	87 mg	Сравнителен метод МК 702-01/2020
			10 kg	100 mg	
			20 kg	110 mg	
			1000 kg	16 g	
2.	Везни клас I	kg	до 500 g	0,075 mg	Сравнителен метод МК 702-02/2020
3.	Везни клас II	kg	от 0,002 g до 500 g	от 0,8 mg до 11 mg	Сравнителен метод МК 702-02/2020
			от 500 g до 6 000 g	от 11 mg до 19 mg	
			от 6000 g до 41 000 g	от 19 mg до 200 mg	
4.	Везни клас III и IIII	kg	от 0,002 kg до 100 kg	от 0,6 g до 8 g	Сравнителен метод МК 702-02/2020
			от 100 kg до 500 kg	от 8 g до 50 g	
			от 500 kg до 2 000 kg	от 50 g до 210 g	
			от 2000 kg до 10 000 kg	от 210 g до 1 kg	
			от 10 000 kg до 80 000	от 1 kg до 12,9 kg	

№ ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, Измервателна единица	kg	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2 ²	3 ³	4 ⁴	5 ⁵	6 ⁶	
5.	Високоскоростни везни с автоматично действие за измерване на масата на превозни средства в движение и на осово натоварване, клас 10 – клас на точност за масата на превозните средства, клас F – клас на точност за осово натоварване.	обща маса, kg	от 1 000 kg до 50 000 kg	от 6,1 % до 9,3 %	Сравнителен метод МК 702-03/2025	
		осово натоварване, kg	от 1 000 kg до 20 000 kg	от 24 kg до 49 kg		

Забележки:

1. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 се извършва в лабораторията
2. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2, т.3, т.4 се извършва на място при клиента.
3. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.5 се извършва само на място на експлоатацията им.

Позоваване:

МК 702-01/2020 "Методика за калибриране на теглилки"
МК 702-02/2020 "Методика за калибриране на везни електронни и циферблатни"
МК 702-03/2025 "Методика за калибриране на високоскоростни везни с автоматично действие за измерване на масата на превозни средства в движение и на осово натоварване"

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 8 ЛК от 30.07.2025 г. валиден до 31.01.2027 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ръководителя на Лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса при „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 8 ЛК от 25.10.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 390/25.10.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА:

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

